



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

ПРОТОКОЛ ВИМІРЮВАНЬ

Реєстраційний №: В37/3116 Дата реєстрації: 22.12.2020

Назва: Ультрафіолетовий бактеріцидний інактиватор

Тип: УБІ-19/1

Заводський номер: б/н

Виробник: ТОВ «АВІАРМ»

Технічна специфікація: -

Замовник: ТОВ "АВІАРМ", 03057, м.Київ, вул. Марії Капніст, 8/4

Метод вимірювань: Метод прямих вимірювань

Засоби вимірювальної техніки: Установа для формування потоків випромінювання в УФ діапазоні ИДНМ 4.020.00.00 № 1905

Місце проведення вимірювань: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, корпус 5, кімната 5

Дата вимірювань: 21.12.2020

Максимум випромінювання при вимірюванні енергетичної освітленості в діапазоні С на довжині хвилі $\lambda=254$ нм складає 0,04 мВт/м².

Начальник відділу № 37



Інженер відділу № 37


підпис

Єлизавета ТАРАСЕНКО
ім'я, прізвище


підпис

Богдан СОКОЛ
ім'я, прізвище

Всі вимірювання мають метрологічну простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.

Цей протокол вимірювань може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту цього протоколу вимірювання можливе лише з письмової згоди ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Протокол вимірювання без підписів і печатки не дійсний.

Адреса ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: +38 (044) 526-52-29, факс: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт: www.ukrcsm.kiev.ua